



證書編號：L2515-211104

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

茲證明

統達能源股份有限公司

統達能源量測實驗室

30351 新竹縣湖口鄉光復北路 18 之 1 號

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認 證 編 號：2515

初 次 認 證 日 期：一百零一年一月十二日

認 證 有 效 期 間：一百一十年十二月九日至一百一十三年八月八日止

認 證 範 圍：測試領域，如續頁

董事長

連錦漳

中華民國一百一十年十一月四日



證書編號：L2515-211104

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證編號：2515

實驗室主管：邱義振

19.05 電子與電機

電池類

E001 低氣壓試驗

聯合國危險貨物運輸試驗和標準手冊 UN 38.3 章節 T1
11.6 kpa

報告簽署人：邱義振

E001 冷熱衝擊試驗

聯合國危險貨物運輸試驗和標準手冊 UN 38.3 章節 T2
(-40 to 72) °C

報告簽署人：邱義振

E001 振動試驗

聯合國危險貨物運輸試驗和標準手冊 UN 38.3 章節 T3
頻率：(7 to 200) Hz
加速度：(0 to 8) G

報告簽署人：邱義振

E001 衝擊測試

聯合國危險貨物運輸試驗和標準手冊 UN 38.3 章節 T4
加速度：(50 to 150) G

報告簽署人：邱義振

E001 外部短路

聯合國危險貨物運輸試驗和標準手冊 UN 38.3 章節 T5
阻值：100 mΩ max.
溫度：(57 ± 4) °C

報告簽署人：邱義振



證書編號：L2515-211104

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

E001 過充電試驗
聯合國危險貨物運輸試驗和標準手冊 UN 38.3 章節 T7
電壓: (10 to 100) VDC
電流: (5 to 100) A

報告簽署人: 邱義振

(以下空白)